

Certificación de Calibración y Operatividad

Equipo FARO: Focus M70

Fecha: 21 - Febrero - 2024

No. de Serie: LLS082017348

No. de Certificación: LLS7348-20240221-LP

Estándares de Medición	Numero de Activo	Certificado - Faro	Fecha de Calibración
Barra de Escala 3D (1.5m)	MC19220017	C-99088	15/05/2023

*El artefacto anterior ha sido calibrado en un laboratorio acreditado del fabricante con trazabilidad a un sistema internacional de unidades.

Resultados de Calibración	Especificación (mm)	Medición (mm)	Resultado
Precisión 3D a 5 metros	±2.0	0.6mm	Aprobado
Precisión 3D a 10 metros	±2.0	1.0mm	Aprobado
Alineación de Unión	±2.0	1.6mm	Aprobado

V.B. Técnico:

J. G. Z.

GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION SAC (GEINCOR SAC) en su calidad de único Distribuidor Autorizado de la marca FARO en Perú, certifica que habiendo efectuado las pruebas al instrumento anteriormente mencionado se encuentra dentro de las especificaciones técnicas en lo referente a la precisión obtenida.

V.B. FARO:

Edson Perez



UNICO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE FARO EN PERU