

# Certificación de Calibración y Operatividad

Equipo FARO: Focus X130 HDR

Fecha: 30 – Abril - 2024

No. de Serie: LLS071608602

No. de Certificación: LLS8602-20240430-LP

Estándares de Medición	Numero de Activo	Certificado – Faro	Fecha de Calibración
Barra de Escala 3D (1.5m)	MC19220017	C-99088	15/05/2023

\*El artefacto anterior ha sido calibrado en un laboratorio acreditado del fabricante con trazabilidad a un sistema internacional de unidades.

Resultados de Calibración	Especificación (mm)	Medición (mm)	Resultado
Precisión 3D a 5 metros	±2.0	<b>0.6mm</b>	<b>Aprobado</b>
Precisión 3D a 10 metros	±2.0	<b>1.0mm</b>	<b>Aprobado</b>
Alineación de Unión	±2.0	<b>1.6mm</b>	<b>Aprobado</b>

V.B. Técnico: J. G. Z.

**GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION SAC (GEINCOR SAC)** en su calidad de único Distribuidor Autorizado de la marca FARO en Perú, certifica que habiendo efectuado las pruebas al instrumento anteriormente mencionado se encuentra dentro de las especificaciones técnicas en lo referente a la precisión obtenida.

V.B. FARO: D. P. P.

