

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

OTORGADO A:

N° 23986T/26

BENAVIDES-ROMO GRUPO INMOBILIARIO S.A.C

Equipo	Marca	Modelo	Serie
NIVEL LASER	TOPCON	RL-H5A	1P048715
VALOR LEIDO EN EL INSTRUMENTO		ERROR A CORREGIR	
A 50 mts		A 50 mts	
± 1.00 mm		± 1.00mm	

RANGO DE TOLERANCIA	
EN 50 mts DE ALINEAMIENTO	
+	0.005% / +0.0015mm
-	0.005% / - 0.0015 mm

PRECISION DEL INSTRUMENTO:

* La precisión a 50 mts de alineamiento es de ± 3.5mm

PATRON UTILIZADO:

Procedimiento indicado por el Fabricante en su manual de uso y mantenimiento.

Se instala una línea base de 30mts con 02 estacas o puntos de Control A - B, se coloca el equipo nivelado a 30 cmts del punto A, se alinea A y B con el Rayo Láser y se marca la alineación en la regla de precisión. Se traslada el nivel al lado contrario del punto B a 30mts y se vuelve a chequear la alineación B-A, las marca anteriores A - B coinciden con la alineación B - A. El Equipo se encuentra calibrado. Trazabilidad documentaria de Patrón INACAL según expediente N° 1056991 con Certificado de Calibración N° LGD - 053 Año: 2025.

GEINCOR SAC mediante su Laboratorio de Servicio Técnico Autorizado certifica que los Equipos en mención se encuentran totalmente revisados, controlados, calibrados y 100% operativos; se sugiere efectuar una recalibración en un periodo máximo de 06 meses, se estima que sea el **08 de Septiembre del 2026.**

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime conveniente.

Santiago de Surco, 09 de Marzo del 2026.



GEINCOR
Geomatic Instruments Corporation S.A.C.
CRISTHIAN MENESES P.
GERENTE SERV. TÉCNICO



Nota: Tener en cuenta que la forma de transporte del Equipo es muy importante cuando se traslada, ya que el mal uso y el abuso hacen que se descalibren los mismos.