

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

OTORGADO A:

N° 20691V/24

**ROMERO RAMIREZ CARLOS LEONCIO**

| Equipo           | Marca  | Modelo | Serie    |
|------------------|--------|--------|----------|
| NIVEL AUTOMATICO | TOPCON | ATB4A  | WP172769 |

**MEDICION DEL INSTRUMENTO**

| VALOR LEIDO EN EL INSTRUMENTO |
|-------------------------------|
| EN MILIMETROS                 |
| 00mm                          |

| ERROR A CORREGIR |
|------------------|
| EN MILIMETROS    |
| 00mm             |

| RANGO DE TOLERANCIA        |        |
|----------------------------|--------|
| EN 1KM DOBLE DE NIVELACION |        |
| +                          | 2.0mm  |
| -                          | 2.0 mm |

**PRECISION DEL INSTRUMENTO:**

\* La precisión en 1km doble de Nivelación es de  $\pm 2.0$ mm.

**PATRON UTILIZADO:**

Colimador Modelo ITC-509, indicado por el Fabricante Topcon en su manual de mantenimiento y reparación. Se hace una línea al horizonte enfocando al infinito con un grosor de 1.5" del trazo del retículo; este colimador es patronado periódicamente con un teodolito Kern Modelo DKM-2A desviación estándar 1" y estima al décimo del segundo con lectura directa 90° 00' 00" e invertido 270° 00' 00".

**GEINCOR SAC** mediante su Laboratorio de Servicio Técnico Autorizado por la Marca Topcon certifica que los Equipos en mención se encuentran totalmente revisados, controlados, calibrados y 100% operativos; se sugiere efectuar una recalibración en un periodo máximo de 06 meses, se estima que sea el 20 de Febrero del 2025.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime conveniente.

Santiago de Surco, 21 de Agosto del 2024.



**NELSON MENESES P.**  
GERENTE GENERAL ADJ.



*Nota: Tener en cuenta que la forma de transporte del Equipo es muy importante cuando se traslada, ya que el mal uso y el abuso hacen que se descalibren los mismos.*

FARO OQTON SCANTECH wingtra SOKKIA TOPCON CLEAREDGE 3D

