



## CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD

N° 22841T/25

OTORGADO A:

## RODASER E.I.R.L.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
RECEPTOR GPS	TOPCON	GR 5	1118-20739

CUADRO DE PRECISIONES INDICADAS POR El. FABRICANTE: (1 sigma)

Equipos	POST PROCESO		RTK	
	* Horizontal	* Vertical	* Horizontal	* Vertical
RECEPTOR GNSS L1/L2,CA, RTK	3mm+0.5ppm	5mm+0.5ppm	10mm+1ppm	15mm+1ppm

\* Por linea base

GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION SAC "GEINCOR SAC" en su calidad de Único Distribuidor Autorizado de la Marca TOPCON, mediante su Laboratorio de Servicio Técnico certificado y autorizado por su proveedor Topcon Positioning Systems, certifica que habiendo efectuado las pruebas y regulaciones a los instrumentos anteriormente mencionados se encuentran dentro de las especificaciones técnicas de fabrica en lo referente a la precision obtenida en postproceso y tiempo real.

## **PATRON UTILIZADO:**

Estacion de Rastro Permanente GNS\$ NET-G5 L1/L2, RTK con Antena Geodesica Choke Ring CR-G5, Sofware Pinacle Post Proceso, patronados por el Fabricante Topcon.

Los Receptores GNSS antes mencionados son de fabricación Año 2014 y cuentan con las ultimas tecnologias aplicadas a los Sistemas GNSS, los cuales son reconocidos en el Peru por su alta precision y eficiencia en los trabajos efectuados.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime conveniente.

Se sugiere efectuar una revision en el periodo máximo de 06 meses antes del 10 de Marzo del 2026.

Santiago de Surco, 11 de Septiembre del 2025.





ota: Tener en cuenta que los accesorios (Bases nivelantes y Bastones) son muy importantes para mantener la precision del Receptor GNSS. Revisar periodicamente dichos accesorios ya que esto puede ocasionar imprecisiones en su resultado.





